ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • ТЕРМОГИГРОМЕТРЛЕР

testo 608-H1 / H2

Микроклиматты үздіксіз бақылауға арналған термогигрометр

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
E-mail: info@azia-test.com | azia-test.com

testo 608 — үй-жайлардағы ауа температурасын, салыстырмалы ылғалдылығын және шық нүктесін тәулік бойы үздіксіз өлшеуге арналған термогигрометр. Үлкен және айқын екі жолды дисплейі арқасында деректер қашықтықтан да өте жақсы оқылады. Үстелге қоюға немесе қабырғаға ілуге арналған бекіткіші бар.

- **Үздіксіз мониторинг:** температура, ылғалдылық және шық нүктесін тұрақты көрсетіп, макс./мин. мәндерді тіркейді.
- **Ұзақ мерзімді тұрақты сенсор:** Testo патенттелген ылғалдылық сенсоры жылдар бойы қайта калибрлеусіз сенімді қызмет етеді.
- **testo 608-H2 артықшылықтары:** шекті мәндерден асқанда ескертетін жарықдиодты LED-дабыл және жоғары ±2 %СЫ дәлдігі.
- **Батареяның жоғары ресурсы:** 9В блокты батареядан («Крона») шамамен 1 жыл бойы үзіліссіз автономды жұмыс істейді.



608-H1: 0560 6081 | **608-H2: 0560 6082**

testo 608-H1 / testo 608-H2

СЕНСОРЛАР СИПАТТАМАСЫ (H1 ЖӘНЕ H2)

Параметр	testo 608-H1	testo 608-H2 (LED дабылы)
Температура (NTC)	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C шн	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C шн
Температура қателігі	±0.5 °C (+25 °C кезінде)	±0.5 °C (+25 °C кезінде)
Ылғалдылық диапазоны	+10 ... +95 %СЫ	+2 ... +98 %СЫ
Ылғалдылық қателігі	±3 %СЫ	±2 %СЫ (жоғары дәлдік)
Ажыратымдылық	0.1 °C / 0.1 %СЫ	0.1 °C / 0.1 %СЫ
Жұмыс температурасы	0 ... +50 °C	-10 ... +70 °C

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшеу жиілігі	әр 18 секунд сайын
Сақтау температурасы	-40 ... +70 °C
Батарея түрі	9В блокты батарея (6F22)
Батарея ресурсы	шамамен 1 жыл
Өлшемдері	111 x 90 x 40 мм
Корпус материалы	ABS-пластик
Салмағы	168 г
Кепілдік	2 жыл

Қолдану салалары: кеңселер, қоймалар, мұражайлар мен мұрағаттар, өндірістік цехтар, жылыжайлар, зертханалар және таза бөлмелерде температура мен ылғалдылықтың қалыпты деңгейін қадағалау.
Жеткізілім жиынтығы: testo 608-H1 немесе testo 608-H2 термогигрометрі, 9В блокты батарея, зауыттық калибрлеу хаттамасы және қабырғаға/үстелге бекіту элементтері.